

Rapport de vérification

01034009300088292198024573425402 FNC1 1724093010AGAHV0358

GS1 DataMatrix

Print Quality: 3,0/08/660 (B) - Conforme ($\geq 1,5$)

Test de validation: Conforme



Version du logiciel:	3.0.0	N° de série:	1564D
Scanné le:	17/06/2022 15:02:24 (+0200)	Configuration d'usine:	26/05/2020
Décodé le:	23/06/2022 11:32:29 (+0200)	Calibrage utilisateur:	17/06/2022
ID ordinateur:	MACBROEE3	ID Session:	MacBR

Matrix Size	24x24
Réflectance Minimum	20%
Réflectance Maximum	97%
Dim X	441 μm
Dim Y	426 μm
Engraissement sur l'axe X	6 μm , 1%
Engraissement sur l'axe Y	-86 μm , -20%

Pharma Pack (Conforme):	GTIN: 03400930008829 SN: 98024573425402 EXP: 30/09/2024 LOT: AGAHV0358
-------------------------	--

Date:	22 Juin 2022
Visa:	BR
Nom:	Exemple de Rapport 15500
Echantillon:	Paracétamol 1000 Mg

Paramètre ISO	Grade	Pourcentage
Grade général	3 (B)	
Décodage	4 (A)	
Contraste	4 (A)	77%
Non- Uniformité Axiale	4 (A)	4%
Non- Uniformité de Grille	4 (A)	9%
Modulation	3 (B)	
Marge de réflectance	3 (B)	
Correction d'erreur non utilisée	4 (A)	100%
Uniformité de contraste		9%
Défaut du repère fixe	3 (B)	

Standard: ISO/IEC 15415
Symbology Specification: ISO/IEC 16022
Verifier Conformance Standard: ISO/IEC 15426-2

Axicon Camera Verifier 3.0.0
Axicon Auto ID Limited www.axicon.com